



DT30X

ASME B16.5
NPS 4 CLASS 150 RF

8 parafusos e porcas sext 5/8" x 4"
8 Hex Bolts and Nuts 5/8" x 3"

6" SCH. 5S

ASME B16.5
NPS 6 CLASS 150

SAIDA
[OUTLET]

Ø168,3 [6,63]

330 [12,99]

115 [4,53]

250 [9,84]

250 [9,84]

EC 250 [9,84]

EC 500 (19,68)

1347 [53,03]

Lado dos Diafragmas
[Diaphragm Side]

Vazão máxima do tanque = 65m³/h
Maximun tank flow = 65m³/h

Dimensions in mm [inch]

ASME B16.5
NPS 6 CLASS 150

ENTRADA
[INLET]

REV	PROJETO	APROVAÇÃO	ÁREA	DESENHO	PROJETO	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO	smar	
				JUNIOR 17/12/2019	JUNIOR 17/12/2019	GUSKA 17/12/2019	P.MISAWA 17/12/2019	OS	
EQUIPAMENTO DT30X TK300I								DESENHO N°	
INSTALAÇÃO TQ TRANSBORDO 12"								101-B-8133-00	
TRANSSHIPMENT TQ INSTALLATION 12"								ESC 1:5 FL /	