



3" ASME B16.5 # 150

DT30X

SAIDA
[OUTLET]

3" SCH.40S Ø88,9[3,5]

8" SCH.20S Ø219,08[8,62]

3" ASME B16.5 # 150

ENTRADA
[INLET]

8 parafusos e porcas sext 5/8"x 3"
8 Hex Bolts and Nuts 5/8"x 3"

Lado dos Diafragmas
[Diaphragm Side]

Vazão máxima do tanque = 27m³/h
Maximun tank flow = 27m³/h

Dimensions in mm [inch]

REV	PROJETO	APROVAÇÃO	ÁREA	DESENHO	PROJETO	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO	smar	
				JUNIOR 13/12/2019	JUNIOR 13/12/2019	GUSKA 13/12/2019	P.MISAWA 13/12/2019	OS	
EQUIPAMENTO DT30X TK300I								DESENHO N°	
INSTALAÇÃO TQ. ASCENDENTE 8" P/ 3"								101-B-8135-00	
INSTALLATION UP TANK 8" P/ 3"								ESC 1:5 FL /	